



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Αθήνα 9.9.2016

ΑΠ: 1839

Προς τους
Ιατρικούς Συλλόγους
της Χώρας

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε το εξής έγγραφο:

1. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Δ/ση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης-Τμήμα Β', αριθμ.πρωτ. Γ3β/ΓΠ/οικ.65527/29.8.2016, (ΑΠ ΠΙΣ: 1816/7.9.2016) με θέμα: Γνωστοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με τα μηχανήματα ελέγχου τροφικής δυσανεξίας και με τις συσκευές βιοσυντονισμού-βιοανάδρασης, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.



Για τον Π.Ι.Σ

Εμμανουήλ Ηλιάκης
Προϊστάμενος Διοικ.Υπηρεσιών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3 & ΨΗΛΑΝΤΟΥ • 106 75 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 7258660, 210 7258661, 210 7258662, FAX: 210 7258663
PANHELLENIC MEDICAL ASSOCIATION • 3, PLOUTARCHOU & IPSILANDOU Str., 106 75 ATHENS • HELLAS
www.pis.gr • e-mails: ΚΕΝΤΡΙΚΟ: pisinfo@pis.gr • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: pis@pis.gr • ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: pisref@pis.gr
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: pislog@pis.gr • ΔΙΕΘΝΕΣ: pisinter@pis.gr, pisinter1@pis.gr
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: pismember@pis.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Ε.Σαμικού
Τηλέφωνο : 2132161649
FAX : 2105230577
E-mail : pfy2@moh.gov.gr

Αθήνα, 29/08/2016

Αρ. πρωτ.: Γ3β/ΓΠ/οικ 65527

ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Διανομής



ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με τα μηχανήματα ελέγχου τροφικής δυσανεξίας και με τις συσκευές βιοσυντονισμού-βιοανάδρασης

- Σχετ.**
1. Την υπ'αριθμ. πρωτ Γ3β/ΓΠ/οικ.63736/24-8-2016 Υπουργική Απόφαση
 2. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Γ3β/ΓΠ/οικ.63737/24-8-2016 Υπουργική Απόφαση

Σας γνωστοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, τις ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις «σχετικά με τη μέθοδο βιοσυντονισμού και τις συσκευές βιοσυντονισμού-βιοανάδρασης» (ΑΔΑ: 6Δ9Ξ465ΦΥΟ-ΕΤΥ) και «σχετικά με τα μηχανήματα ελέγχου τροφικής δυσανεξίας» (ΑΔΑ: Ω6Β4465ΦΥΟ-ΖΦ8).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Α. ΚΟΥΦΑΚΗΣ

Πίνακας Διανομής:

1. Ένωση Διαιτολόγων-
Διατροφολόγων Ελλάδος
Μαυροκορδάτου 11
10678 Αθήνα



ΕΞΕΡΧΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΣΗ

2. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου 3 & Υψηλάντου
10675 Αθήνα (με την παράκληση
να κοινοποιηθεί στους κατά τόπον
Ιατρικούς Συλλόγους)
3. Περιφέρειες της χώρας (Δ/νσεις
Δημόσιας Υγείας)
(με την παράκληση να
κοινοποιηθεί στις Περιφερειακές
Ενότητες)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπουργείου
Υγείας
 3. Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/σης
Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών
Υγείας
 4. Δ/ση Π.Φ.Υ. και Πρόληψης(4)
-
-

- οι οποίες δημιουργούν τις αλλεργικές αντιδράσεις και όχι στο σχεδιασμό του διαιτολογίου.
2. Από τις εναλλακτικές μεθόδους, ουδεμία ως τώρα έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά, συνεπώς δεν πρέπει να εφαρμόζεται ούτε για διάγνωση ούτε για θεραπεία.
 3. Η διάγνωση κάποιας υπερευαισθησίας και ο αποκλεισμός των τροφών που την προκαλούν στο άτομο μπορεί να βοηθήσει αποκλειστικά και μόνο στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της.
 4. Ουδεμία σχέση, τουλάχιστον έως τώρα επιστημονικά τεκμηριωμένη, έχουν οι τροφικές υπερευαισθησίες με το σωματικό βάρος ή το μεταβολικό ρυθμό, τη ρύθμισή του, την απώλεια βάρους και το σχεδιασμό διαιτολογίου με αυτό το σκοπό.
 5. Ο μεταβολικός ρυθμός μπορεί να μετρηθεί και να εκτιμηθεί με διάφορους τρόπους. Η μέτρησή του είναι χρήσιμη για την διατροφική αξιολόγηση, όχι όμως και απαραίτητη. Σε κάθε περίπτωση η μέτρηση ή η εκτίμησή του μπορεί να γίνεται από διαιτολόγο.
 6. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στο εμπόριο αξιόπιστα και πιστοποιημένα για τη διαγνωστική τους αξία κλινικά τεστ ανίχνευσης διατροφικών δυσανεγιών.
 7. Η χρησιμοποίηση των τεστ δυσανεξίας σε προγράμματα απώλειας βάρους δεν έχει καμία επιστημονική βάση, αφενός διότι τα τεστ τα οποία χρησιμοποιούνται δεν έχουν διαγνωστική αξία, αφετέρου διότι οι τροφικές δυσανεξίες δεν σχετίζονται με την απώλεια βάρους. Συνεπώς, τα τεστ αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε διαιτολογικά κέντρα, ως εργαλεία τα οποία καθορίζουν τα προγράμματα απώλειας βάρους, αφενός διότι ουδέν αποτέλεσμα έχουν, αφετέρου διότι μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές διατροφικές ελλείψεις με τον αποκλεισμό τροφών, οι οποίες σύμφωνα με το τεστ μπορούν να προκαλέσουν τροφικές δυσανεξίες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Εσωτερική διανομή

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/σης
Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
4. Δ/ση Γραμματείας Κε.Σ.Υ
5. Δ/ση Δημόσιας Υγείας
6. Δ/ση Επαγγελματιών Υγείας
7. Δ/ση Π.Φ.Υ. και Πρόληψης (4)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 24/08/2016

Αρ. πρωτ. : Γ3β/ΓΠ/οικ.63737

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Α. Ρήγα
Τηλέφωνο : 2132161619
Fax : 2105230577
E-mail : pfy2@moh.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα μηχανήματα ελέγχου τροφικής δυσανεξίας»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105 Α'), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α'), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α').
4. Την υπ' αριθμ. 6 Απόφαση της 255^{ης}/20.05.2016 Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ως προς το θέμα των μηχανημάτων ελέγχου τροφικής δυσανεξίας τα ακόλουθα:

1. Μόνο οι τεκμηριωμένες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να οριστεί η ύπαρξη μιας αλλεργίας ή υπερευαισθησίας. Η διάγνωση αυτή μπορεί να οδηγήσει μόνο στη συμβουλή για τον αποκλεισμό των τροφών,



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄**

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 101 87
Πληροφορίες : Α. Ρήγα
Τηλέφωνο : 2132161619
Fax : 2105230577
E-mail : pfy2@moh.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 24/08/2016

Αρ. πρωτ. : Γ3β/ΓΠ/οικ.63736

ΑΠΟΦΑΣΗ

**ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη μέθοδο βιοσυντονισμού και τις συσκευές
βιοσυντονισμού - βιοανάδρασης»**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105 Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
4. Το από 19/05/2016 έγγραφο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ως προς το θέμα της μεθόδου του βιοσυντονισμού και των συσκευών βιοσυντονισμού – βιοανάδρασης τα ακόλουθα:

1. Ο βιοσυντονισμός δεν είναι διαγνωστική μέθοδος με τον όρο που χρησιμοποιείται από τη συμβατική κλασσική ιατρική.
2. Ο βιοσυντονισμός αποτελεί μέρος της εναλλακτικής ιατρικής, όπως ο βελονισμός, η λειτουργική επανατροφοδότηση και άλλες εναλλακτικές μέθοδοι.
3. Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η αποτελεσματικότητα της μεθόδου.
4. Η ιατρική τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται είναι βασικά μέσης τεχνολογικής γενιάς, χωρίς την απαίτηση σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής. Η κυκλοφορία των μηχανημάτων βιοσυντονισμού, απαιτεί τη σήμανση CE.
5. Η λειτουργία ιατρείων και κέντρων βιοσυντονισμού θα πρέπει να υπόκειται στην Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949/2010 [ΦΕΚ 1918/Β'/2010] «Όροι και προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως αυτή ισχύει σήμερα.
6. Η ύπαρξη της τεχνολογίας βιοσυντονισμού δεν αποτελεί και προϋπόθεση αυτόματης αποδοχής εφαρμογής της πράξης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Εσωτερική διανομή

(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν.Δ/σης
Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
4. Δ/ση Γραμματείας Κε.Σ.Υ
5. Δ/ση Δημόσιας Υγείας
6. Δ/ση Επαγγελματιών Υγείας
7. Δ/ση Π.Φ.Υ. και Πρόληψης (4)